**Общество с ограниченной ответственностью**
**«ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЛЮС»**
**(ООО «ЦНТ ПЛЮС»)**
**Испытательная микробиологическая лаборатория**
Юридический адрес: 142290, Московская область, г. Серпухов, г.Пущино, ул. Грузовая, д.8, помещ. 22
Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ, Московская область, городской округ Серпухов, город Пущино, улица Грузовая, дом 2/6 , (Архив);
142290, РОССИЯ, Московская область, городской округ Серпухов, город Пущино, улица Грузовая, дом 8.
Тел: 8(495) 721-81-20, email: cnt.plus@gmail.com
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA14

**УТВЕРЖДАЮ**
**Начальник ИМЛ**
**ООО «ЦНТ ПЛЮС»**
**И.А. Антонов**
**18.03.2026**

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01180326431 от 18.03.2026

| Сведения об оборудовании | Наименование оборудования, Заводской номер | Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа |
|---|---|---|
| | Баня водяная UT-4313, 160394 | Аттестат № 0700-00093914 до 23.12.2026 |
| | Бокс микробиологической безопасности БМБ-11-"Ламинар-С"-1,2 (221.120), 221.120.00.3 224 | - |
| | Бокс микробиологической безопасности БМБ-11-"Ламинар-С"-1,2 (221.120), 221.120.00.2190 | - |
| | Весы ADAM HCB-153, AE7611895 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448577042 до 17.07.2026 |
| | Вортекс для пробирок V-1 plus, 01020317091858 | - |
| | Дозатор пипеточный электрический 1-50 мл Sartorius Midi Plus, 19038415 | - |
| | Пипетка градуированная тип 1, 1-2-2-10, б/н | Свидетельство о поверке № С-ТТ/21-04-2022/150508042. Бессрочно |
| | Пробирка П-2-16-150 ТС, б/н | - |
| | Чашка микробиологическая (Петри) ЧМ 100х20 мм, б/н | - |
| | Шкаф термостатический ST 3/3 COMF, S33BF 180072 | Аттестат № АТ251200519 до 18.12.2026 |
| **Наименование образца испытаний[1]** | Продукция косметическая: нейтрализатор Down Perm TM Hair Sekta | |
| **Идентификационный код образца** | ПКП26-1303/011/01 | |
| **Предприятие-изготовитель, адрес[1]** | ООО «ХЭИР СЕКТА», юридический адрес:127018, г. Москва,вн.тер.г. Муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация<br>Адрес производства: 127018, г. Москва, ул. Складочная дом 1 строение 9, Российская Федерация | |

| | |
|---|---|
| **Наименование и адрес Заявителя[1]** | ООО «ХЭИР СЕКТА», юридический адрес: 127018, г. Москва,вн.тер.г. Муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация. ИНН: 9704114280, Телефон: 8 800 511 49 22, фактический адрес: 127018, г. Москва,вн.тер.г. Муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация |
| **Основание для проведения испытаний** | Заявка № 3347 от 13.03.2026 |
| **Отбор образцов выполнен** | Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель. |
| **Дата поступления образцов в ИМЛ** | 13.03.2026 |
| **Дата начала проведения испытания** | 13.03.2026 |
| **Дата окончания проведения испытания** | 18.03.2026 |
| **Дополнения, отклонения, исключения из метода** | --- |

[1] Данные предоставлены заказчиком

## РЕЗУЛЬТАТЫ

| Определяемые показатели | Документы, устанавливающие правила и методы испытаний | Результаты испытаний | НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний | | Заключение о соответствии |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Норма по НД | Наименование НД | |
| Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ ISO 21149-2020 | Менее 10 КОЕ/г | Не более $10^3$ КОЕ/г | ТР ТС 009/2011 Приложение 7, группа 2 | С* |
| Candida albicans в 0,1 г продукта | ГОСТ ISO 18416-2018 | Не обнаружено | Не допускается в 0,1 г | ТР ТС 009/2011 Приложение 7, группа 2 | С** |
| Бактерии вида Escherichia coli (E.coli) в 0,1 г продукта | ГОСТ ISO 21150-2018 | Не обнаружено | Не допускается в 0,1 г | ТР ТС 009/2011 Приложение 7, группа 2 | С** |
| Бактерии Staphylococcus aureus (S.aureus) в 0,1 г продукта | ГОСТ ISO 22718-2018 | Не обнаружено | Не допускается в 0,1 г | ТР ТС 009/2011 Приложение 7, группа 2 | С** |
| Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa в 0,1 г продукта | ГОСТ ISO 22717-2018 | Не обнаружено | Не допускается в 0,1 г | ТР ТС 009/2011 Приложение 7, группа 2 | С** |

Условные обозначения:
"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа
"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата К=2 (Р=0,95).
**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.
***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательной микробиологической лаборатории ООО «ЦНТ ПЛЮС»

Ответственный за оформление протокола _____ / Хуснутдинова Л.Ф.
подпись Ф.И.О.

**Конец протокола**

**Общество с ограниченной ответственностью**
**«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»**
**(ООО «ИЦККП»)**
**Лаборатория токсикологических исследований**
Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Серпухов, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4
Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ, Московская обл, г.о. Серпухов, г. Пущино, ул. Грузовая, дом 2/4, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72; 142290, РОССИЯ, Московская обл, г.о. Серпухов, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 2/6, № 7, (Архив).
Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC51

МП

**УТВЕРЖДАЮ:**
**Начальник ЛТИ**
**ООО «ИЦККП»**
**Т.А. Ларионова**

**23.03.2026**

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01230326958 от 23.03.2026

| Сведения об оборудовании | Наименование оборудования, Заводской номер | Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа |
|---|---|---|
| | Анализатор жидкости с pH-электродом FiveEasy F20 /электрод LE438, B852005833 /9517810 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/16-12-2025/489120308 до 15.12.2026 |
| | Анализатор жидкости с pH-электродом FiveEasy F20 /электрод LE438, B851977487 / 9097880 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/16-12-2025/489120309 до 15.12.2026 |
| | Баня водяная LB-160, 9667 | Аттестат № 0700-00098980 до 14.12.2026 |
| | Баня водяная UT-4313, 181595 | Аттестат № 0700-00079252 до 10.11.2026 |
| | Весы лабораторные ВК-300, 040766 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-12-2025/486925772 до 02.12.2026 |
| | Весы лабораторные ВК-600, 040454 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-12-2025/486925775 до 02.12.2026 |
| | Весы лабораторные ВМ 512М, 897917 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-07-2025/445577049 до 06.07.2026 |
| | Весы неавтоматического действия HR-250AZG, 6A7707710 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-12-2025/486925767 до 02.12.2026 |
| | Весы электронные CAUW-220D, D304300386 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-12-2025/486925769 до 02.12.2026 |
| | Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк ДПОП 1-10-100, 1821942 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/02-06-2025/437465292 до 01.06.2026 |
| | Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк ДПОП-1-10-100, 1823077 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/02-06-2025/437465291 до 01.06.2026 |

| | |
|---|---|
| Колба мерная КМ-2-1000-19/26 с прит. пробкой, б/н | Поверочное клеймо. Бессрочно. |
| Колба мерная КМ-2-100-10/19 с прит. пробкой, б/н | Поверочное клеймо. Бессрочно. |
| Колба мерная КМ-2-250-14/23 с прит. пробкой, б/н | Поверочное клеймо. Бессрочно. |
| Колба мерная КМ-2-25-10/19 с прит. пробкой, б/н | Поверочное клеймо. Бессрочно. |
| Колба мерная КМ-2-500-14/23 с прит. пробкой, б/н | Поверочное клеймо. Бессрочно. |
| Колба мерная КМ-2-50-10/19 с прит. пробкой, б/н | Поверочное клеймо. Бессрочно. |
| Линейка измерительная металлическая, 1 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-02-2026/501237667 до 02.02.2027 |
| Магнитная мешалка C-MAGHS 7 в комплекте с цифровым термометром IKA C-MAG HS 7, 07.426609 / 06.104654 | - |
| Мешалка магнитная MMS-3000, 01030516110220 | - |
| Микрометр МК-25, 181554 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/17-10-2025/474993093 до 16.10.2026 |
| Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-50, 052100069 | Аттестат № 0700-00098972 до 14.12.2026 |
| Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-50, 052100072 | Аттестат № 0700-00098974 до 14.12.2026 |
| Пипетка градуированная 2-1-2-5, б/н | Поверочное клеймо. Бессрочно. |
| Пипетка градуированная 2-1-2-1, б/н | Поверочное клеймо. Бессрочно. |
| Пипетка градуированная 2-1-2-2, б/н | Поверочное клеймо. Бессрочно. |
| Пипетка градуированная 2-2-2-10, б/н | Поверочное клеймо. Бессрочно. |
| Плита нагревательная LH-403 (ЛАБ-ПН-01Б), 4526 | - |
| Плита нагревательная TAGLER ПН-4030, 468 | - |
| Прибор комбинированный «Testo 608-H1», 45086859 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448900498 до 17.07.2026 |
| Прибор комбинированный «Testo 608-H1», 45006614 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448900497 до 17.07.2026 |
| Промышленный ультразвуковой увлажнитель воздуха ГТ-1,8 , 23-00504 | - |
| Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант.Z», 220 | Свидетельство о поверке № С-А/03-04-2025/423781370 до 02.04.2026 |
| Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант-2мт(м1)» (с ртутно-гидридной приставкой), 140 | Свидетельство о поверке № С-А/08-04-2025/424069234 до 07.04.2026 |
| Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов pH 2 и 3 разрядов СТ-12-3, 03/73 | Свидетельство о поверке № С-Т/06-03-2025/415107527 до 05.03.2027 |
| Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов pH 2 и 3 разрядов СТ-12-4, 04/74-05/75 | Свидетельство о поверке № С-Т/06-03-2025/415107526 до 05.03.2027 |
| Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов pH 2 и 3 разрядов СТ-12-5, 06/76 | Свидетельство о поверке № С-Т/06-03-2025/415107525 до 05.03.2027 |
| Термогигрометр автономный ИВА-6Н, 30663 | Свидетельство о поверке № С-ДТТ/22-08-2025/458499105 до 21.08.2026 |

| | | |
|---|---|---|
| | Термогигрометр автономный ИВА-6Н, 30664 | Свидетельство о поверке № С-ДТТ/22-08-2025/458499104 до 21.08.2026 |
| | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ 2 № 2 исп. 1, 116 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/25-04-2025/428902278 до 24.04.2028 |
| | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ 2 № 2 исп.1, 139 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/25-04-2025/428902283 до 24.04.2028 |
| | Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN204600911800203500514 | - |
| | Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN204600909180020350060 4 | - |
| | Увлажнитель воздуха Stadler Form Oskar Bug, 103771880500017 | - |
| | Цилиндр 1-100-2 с нос. и стекл. основ., б/н | Поверочное клеймо. Бессрочно. |
| | Цилиндр 1-25-2 с нос и стекл. основ., б/н | Поверочное клеймо. Бессрочно. |
| | Цилиндр 1-50-2 с нос. и стекл. основ., б/н | Поверочное клеймо. Бессрочно. |
| | Цилиндр мерный лабораторный стеклянный 1-100-1, N21-004337 | Свидетельство о поверке № С-ТТ/14-11-2023/294579224. Бессрочно |
| | Электропечь камерная высоко-температурная ПЛ 10/12,5, 11137 | Аттестат № 0700-00090434 до 14.12.2026 |
| **Наименование и описание образца испытаний[1]** | Продукция косметическая: нейтрализатор Down Perm TM Hair Sekta | |
| **Идентификационный код образца** | ПКП26-1303/013/01 | |
| **Предприятие-изготовитель, адрес[1]** | ООО «ХЭИР СЕКТА», юридический адрес:127018, г. Москва,вн.тер.г. Муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация<br>Адрес производства: 127018, г. Москва, ул. Складочная дом 1 строение 9, Российская Федерация | |
| **Наименование и адрес Заявителя[1]** | ООО «ХЭИР СЕКТА», юридический адрес: 127018, г. Москва,вн.тер.г. Муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация. ИНН: 9704114280, Телефон: 8 800 511 49 22, фактический адрес: 127018, г. Москва,вн.тер.г. Муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация | |
| **Основание для проведения испытаний** | Заявка от ООО "СОЛАБ" № 3426 от 13.03.2026 | |
| **Отбор образцов выполнен** | Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель. | |
| **Дата поступления образцов в ЛТИ** | 13.03.2026 | |
| **Дата начала проведения испытания (измерения)** | 13.03.2026 | |
| **Дата окончания проведения испытания (измерения)** | 22.03.2026 | |

[1] Данные предоставлены заказчиком

## РЕЗУЛЬТАТЫ

| Определяемые показатели, единицы измерений | Документы, устанавливающие правила и методы испытаний | Результаты испытаний (± Δ при необходимости) | НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний | | Заключение о соответствии |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Норма по НД | Наименование НД | |
| Водородный показатель (pH), ед. pH | ГОСТ 29188.2-2014 | 3,2±0,1 | 2,0-4,0 | ТР ТС 009/2011 Приложение 6, п/п. 19 | С* |
| Ртуть (Hg), мг/кг | ГОСТ 33022-2014 | Менее 0,05 | ≤1,0 | ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5 | С* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Свинец (Pb), мг/кг | ГОСТ 33023-2014 | Менее 0,20 | ≤5,0 | ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5 | С* |
| Мышьяк (As), мг/кг | ГОСТ 33021-2014 | Менее 0,20 | ≤5,0 | ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5 | С* |
| Кожно-раздражающее действие, баллы | ГОСТ 33506-2015, п. 6 | 0 | не более 1 | ТР ТС 009/2011 Приложение 8, группа 4 | С** |
| Раздражающее действие, баллы | ГОСТ 33483-2015 | 0 | не более 1 | ТР ТС 009/2011 Приложение 9, п/п. 2 | С** |
| Сенсибилизирующее действие, баллы | ГОСТ 33483-2015 | 0 | 0 (отсутствие) | ТР ТС 009/2011 Приложение 9, п/п. 2 | С** |

Условные обозначения:
"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа
"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата К=2 (Р=0,95).
**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.
***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола _____ / Чудинова О.А.
подпись Ф.И.О.

**Конец протокола**