Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
(ООО «ИЦККП»)
Лаборатория токсикологических исследований
Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Серпухов, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4
Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ, Московская обл, г.о. Серпухов, г. Пущино, ул. Грузовая, дом 2/4, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72; 142290, РОССИЯ, Московская обл, г.о. Серпухов, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 2/6, № 7, (Архив).
Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC51

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Ларионова

21.09.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01210926002 от 21.09.2026

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Анализатор жидкости с pH-электродом FiveEasy F20 /электрод LE438, B851977487 / 9097880	Свидетельство о поверке № С-ТТ/16-12-2025/489120309 до 15.12.2026
	Баня водяная LB-160, 9667	Аттестат № 0700-00098980 до 14.12.2026
	Баня водяная UT-4313, 181595	Аттестат № 0700-00070484 до 10.09.2027
	Весы лабораторные ВК-300, 040766	Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-12-2025/486925772 до 02.12.2026
	Весы лабораторные ВМ 512М, 897917	Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-07-2026/538107789 до 02.07.2027
	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-210С, F05-091	Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-12-2025/486773880 до 02.12.2026
	Весы неавтоматического действия HR-250AZG, 6A7707710	Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-12-2025/486925767 до 02.12.2026
	Весы электронные CAUW-220D, D304300386	Свидетельство о поверке № С-ТТ/03-12-2025/486925769 до 02.12.2026
	Вортекс V-1 plus, 01020319020257	-
	Дозатор пипеточный одноканальный (1000-10000) мкл Блэк ДПОП-1-1000-10000, 2006537	Свидетельство о поверке № С-ТТ/08-12-2025/486773614 до 07.12.2026
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000) мкл Блэк ДПОП-1-100-1000, 1901819	Свидетельство о поверке № С-ТТ/24-10-2025/476292617 до 23.10.2026

Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк ДПОП 1-10-100, 1821942	Свидетельство о поверке № С-ТТ/15-05-2026/527019987 до 14.05.2027
Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк ДПОП-1-10-100, 1904788	Свидетельство о поверке № С-ТТ/24-10-2025/476292616 до 23.10.2026
Колба мерная КМ-2-1000-19/26 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-100-10/19 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-250-14/23 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-25-10/19 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-500-14/23 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-50-10/19 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Магнитная мешалка C-MAGHS 7 в комплекте с цифровым термометром IKA C-MAG HS 7, 07.426609 / 06.104654	-
Мешалка магнитная MMS-3000, 01030516110220	-
Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-50, 052100069	Аттестат № 0700-00098972 до 14.12.2026
Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-50, 052100072	Аттестат № 0700-00098974 до 14.12.2026
Пипетка градуированная 2-1-2-5, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Пипетка градуированная 2-1-2-1, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Пипетка градуированная 2-1-2-2, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Пипетка градуированная 2-2-2-10, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Плита нагревательная LH-403 (ЛАБ-ПН-01Б), 4526	-
Плита нагревательная TAGLER ПН-4030, 468	-
Прибор комбинированный «Testo 608-H1», 45151094	Свидетельство о поверке № С-ТТ/09-04-2026/517952587 до 08.04.2027
Прибор комбинированный «Testo 608-H1», 45006614	Свидетельство о поверке № С-ТТ/17-07-2026/543215003 до 16.07.2027
Прибор экологического контроля БИОТОКС-10М, 148Х	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-08-2026/550527251 до 17.08.2027
Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант.Z», 220	Свидетельство о поверке № С-ТТ/01-04-2026/516404230 до 31.03.2027
Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант-2мт(м1)» (с ртутно-гидридной приставкой), 140	Свидетельство о поверке № С-ТТ/01-04-2026/516404228 до 31.03.2027
Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов pH 2 и 3 разрядов СТ-12-3, 03/73	Свидетельство о поверке № С-Т/06-03-2025/415107527 до 05.03.2027
Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов pH 2 и 3 разрядов СТ-12-4, 04/74-05/75	Свидетельство о поверке № С-Т/06-03-2025/415107526 до 05.03.2027
Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов pH 2 и 3 разрядов СТ-12-5, 06/76	Свидетельство о поверке № С-Т/06-03-2025/415107525 до 05.03.2027
Термогигрометр автономный ИВА-6Н, 30663	Свидетельство о поверке № С-ДТТ/07-08-2026/547487989 до 06.08.2027

	Термогигрометр автономный ИВА-6Н, 30664	Свидетельство о поверке № С-ДТТ/07-08-2026/547487988 до 06.08.2027
	Термометр жидкостный стеклянный СП-95, 82	Свидетельство о поверке № С-ТТ/09-12-2022/206868157 до 08.12.2026
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ 2 № 2 исп. 1, 116	Свидетельство о поверке № С-ТТ/25-04-2025/428902278 до 24.04.2028
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ 2 № 2 исп.1, 139	Свидетельство о поверке № С-ТТ/25-04-2025/428902283 до 24.04.2028
	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, 011900818	Аттестат № 0700-00070480 до 10.09.2027
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN20460091118002035005l4	-
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN20460090119002035012l4	-
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN20460090918002035006l4	-
	Цилиндр 1-100-2 с нос. и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
	Цилиндр 1-25-2 с нос и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
	Цилиндр 1-50-2 с нос. и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
	Электропечь камерная высоко-температурная ПЛ 10/12,5, 11137	Аттестат № 0700-00090434 до 14.12.2026
Наименование и описание образца испытаний[1]	Протеиновый несмываемый крем-уход для пористых и осветленных/обесцвеченных волос, торговая марка: "SEKTA by Hair Sekta"	
Идентификационный код образца	ПКП26-1109/006/01	
Предприятие-изготовитель, адрес[1]	ООО «ХЭИР СЕКТА», юридический адрес:127018, Россия, город Москва, улица Складочная, дом 1 строение 9, фактический адрес:127018, Россия, город Москва, улица Складочная, дом 1 строение 9	
Наименование и адрес Заявителя[1]	ООО «ХЭИР СЕКТА», юридический адрес: 127018, Россия, город Москва, улица Складочная, дом 1 строение 9 ИНН: 9704114280, фактический адрес: 127018, Россия, город Москва, улица Складочная, дом 1 строение 9	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО «ЦККЗ ЮГ» № 353 от 11.09.2026	
Отбор образцов выполнен	Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Дата поступления образцов в ЛТИ	11.09.2026	
Дата начала проведения испытания (измерения)	11.09.2026	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	20.09.2026	

[1] Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний (± Δ при необходимости)	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Водородный показатель (pH), ед. pH	ГОСТ 29188.2-2014	3,9±0,1	3,0-9,0	ТР ТС 009/2011 Приложение 6, п/п. 1	С*
Ртуть (Hg), мг/кг	ГОСТ 33022-2014	Менее 0,05	≤1,0	ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5	С*
Свинец (Pb), мг/кг	ГОСТ 33023-2014	Менее 0,20	≤5,0	ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5	С*

Мышьяк (As), мг/кг	ГОСТ 33021-2014	Менее 0,20	≤5,0	ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5	С*
Общетоксическое действие (индекс токсичности), определяемое альтернативным методом (in vitro)	МР 1.1.0120-18	17,1±0,2	отсутствие (<20)	ТР ТС 009/2011 Приложение 8, группа 1	С**
Раздражающее действие, баллы	ГОСТ 33483-2015	0	0 (отсутствие)	ТР ТС 009/2011 Приложение 9, п/п. 1	С**
Сенсибилизирующее действие, баллы	ГОСТ 33483-2015	0	0 (отсутствие)	ТР ТС 009/2011 Приложение 9, п/п. 1	С**

Условные обозначения:
"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа
"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата К=2 (Р=0,95).
**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.
***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола _____ / Чудинова О.А.
подпись Ф.И.О.

Конец протокола